

Meddig érvényes egy mérőeszköz kalibrálása / hitelesítése?

Nagyon sok partnerünk kérdezi, hogy a tőlünk vagy más cégtől vásárolt és kalibrált vagy hitelesített mérőműszerének meddig érvényes a kalibrálása / hitelesítése?

Erre legjobb választ a vonatkozó szabályok adják meg vagy a saját cégünk minőségbiztosítási rendszere.

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (2): "A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés érvénytartamát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A hitelesítés érvényességi időtartamát a mérésügyi szerv (a volt OMH, jelenleg MKEH) a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja."

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (9): "A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja."

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (9): "A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel."

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 13. § (2): "A mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem - érvényét veszti, ha

- * a hitelesítés érvényességi ideje lejárt,
- * a hitelesítési bélyeget eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták,
- * a hitelesítési bélyeget vagy bizonyítványt érvénytelenítették,
- * a mérőeszközön javítást, vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,
- * a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték."

Kalibrálás érvényességét jogszabály, szabvány vagy az adott cég belső minőségbiztosítási rendszere határozza meg, illetve a használat módjától függően jellemzően 1-2 éves ciklus.

www.globalfocus.hu

